



A-Priority CH-3003 Bern, BABS, GRI

An die
für den Zivilschutz zuständigen Ämter
der Kantone

Aktenzeichen: 344.2-05
Sachbearbeiter: Kurt Grimm
Bern, 28.02.2014

Erhebung über die Einsatzbereitschaft des ABC Materials für den Zivilschutz

Resultate der Überprüfung von EDOS 99 und RA 99 inkl. Messsonden 2013

100 % der überprüften und kalibrierten EDOS 99 und 93 % der RA 99 inklusive Messsonden waren funktionstüchtig. Bei den RA 99 waren erneut ausschliesslich Messsonden defekt.

Alle Ihre Geräte, auch diejenigen, welche Sie uns als Materialreserve 2013 zur Verfügung gestellt haben, erhalten Sie repariert und kalibriert bis spätestens Ende 2014 zurück.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung sowie die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit.

Überprüfung von EDOS 99 und RA 99 inklusive Messsonden 2014 und 2015

2013 hat der Bund im Rahmen des Projekts «IDA NOMEX; Umsetzung der Massnahmen 23» Dosimeter (RAD-60S) und Dosisleistungsmessgeräte (Automess 6150 AD6/H mit Kontaminationssonde 6150 AD-17) beschafft.

Diese Geräte stehen als Materialreserve für effektive Einsätze in einem zentralen Pool bereit.

Aus diesem Grund verzichten wir auf eine erneute Stichprobe zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der EDOS 99 und RA 99 inklusive Messsonden im Jahr 2014.

Über eine nächste Stichprobe im Jahr 2015 werden wir Sie rechtzeitig informieren. Im weiteren möchten wir Sie daran erinnern, dass wir auch die Einsatzbereitschaft des übrigen ABC-Schutzmaterials periodisch mittels Stichproben überprüfen.

Freundliche Grüsse



Peter Wüthrich
Chef Infrastruktur