



A-Priority CH-3003 Berne, OFPP, GRI

Aux
chefs des offices cantonaux
responsables de la protection civile

Référence: 344.2-05
Dossier traité par: Kurt Grimm
Berne, le 28.02.2014

Relevé de l'état de préparation du matériel ABC destiné à la protection civile

Résultats du test 2013 effectué sur les EDOS 99 et RA 99, sondes de mesure comprises

100 % des appareils testés et calibrés EDOS 99 et 93 % des RA 99, sondes de mesure comprises, étaient opérationnels. Une fois de plus, seules des sondes de mesure des RA 99 étaient défectueuses.

Nous réparons et calibrons tous les appareils que vous nous avez remis, y compris ceux de la réserve de matériel 2013. Ils vous seront rendus au plus tard fin 2014.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Tests 2014 et 2015 effectués sur les EDOS 99 et les RA 99, sondes de mesure comprises

En 2013, dans le cadre du projet «IDA NOMEX; mise en œuvre de la mesure 23», la Confédération a acquis des dosimètres (RAD-60S) et des débitmètres de dose (Automess 6150 AD6/H avec sonde de contamination 6150 AD-17).

En cas d'intervention, ces appareils sont à disposition dans une réserve de matériel centralisée.

Les appareils EDOS 99 et RA 99, sondes de mesure comprises, ne seront donc pas testés en 2014.

Nous vous informerons en temps voulu du prochain test prévu en 2015. Nous vous rappelons que nous vérifierons aussi régulièrement l'état de préparation du matériel de protection ABC restant.

Veillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.



Peter Wüthrich
Chef de la Division Infrastructure